

Wójt Gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole, dnia 29 lipca 2020 r.

Znak sprawy: ROG.271.19.2020.D.PN

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa nowego ultrasonografu na wyposażenie Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

Pytanie nr 1/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z zakresem dynamiki systemu 255 dB oraz czy Zamawiający wymaga regulacji dynamiki systemu w zakresie do 260 dB? Czy zamawiający wymaga wyświetlania na ekranie dynamiki systemu do 260 dB?

Odpowiedz nr 1/ TAK, zamawiający dopuszcza zakres dynamiki systemu 255 dB.

Pytanie nr 2/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z zakresem penetracji od 2 do 38 cm?

Odpowiedz nr 2/ TAK.

Pytanie nr 3/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium pracujący w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych, praca dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego?

Odpowiedz nr 3/ TAK.

Pytanie nr 4/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium pracujący w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych, praca dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego?

Odpowiedz nr 4/ TAK.

Pytanie nr 5/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium bez automatycznego pomiaru IT?

Odpowiedz nr 5/ Zgodnie z SIWZ.



Gmina
Legnickie Pole

ul. K.I. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole

Tel.: 76 858 28 10
Fax.: 76 858 28 12
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl

www.legnickiepole.pl
BIP: www.bip.legnickiepole.pl

NIP: 691 12 76 075
REGON: 390647481

Wójt Gminy Legnickie Pole

Pytanie nr 6/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z pomiarem IOTA ADNEX do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika?

Odpowiedź nr 6/ Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, z automatyczną biometrią BPD, HC, AC, FL?

Odpowiedź nr 7/ Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium z głowicą convex: 192 elementy, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 2.0 – 9.0 MHz, kąt obrazowania 72°, obrazowanie harmoniczne (3 częstotliwości)?

Odpowiedź nr 7/ Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8/ Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, bez możliwości rozbudowy systemu na dzień składania ofert o oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obraz 3D oraz oprogramowanie do obrazowania do biopsji pod kontrolą obrazu 4D?

Odpowiedź nr 7/ Zgodnie z SIWZ.

W pozostałym zakresie treść postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.07.2020 r pozostaje niezmienną.

Mając na względzie treść i zakres wyjaśnień oraz czas pozostały do złożenia oferty zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert do dnia 03 sierpnia 2020r.

Termin składania ofert po zmianie: 03 sierpnia 2020r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert po zmianie: 03 sierpnia 2020r. godz. 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji przetargowej ROG.271.19.2020.D.PN

Zamawiający

Załączniki:

1. SIWZ – zmiana

Sprawę prowadzi: Waldemar Hreczany,
zastępca kierownika-zamówienia publiczne,
tel. 76/8582867, e-mail: org1@legnickiepole.pl



Gmina
Legnickie Pole

ul. K.I. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole

Tel.: 76 858 28 10
Fax.: 76 858 28 12
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl

www.legnickiepole.pl
BIP: www.bip.legnickiepole.pl

NIP: 691 12 76 075
REGON: 390647481